

セルロプラスミンの検査報告 に関するお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

この度、下記の検査項目につきまして、委託先より、「測定試薬メーカーより、セルロプラスミンの測定に使用している標準血清の表示値におきまして、一部ロットで標準品との間に乖離があることが判明した」との連絡がございました。

- 既にご報告した結果について
メーカー資料によりますと、一部ロットの標準血清を用いて測定をした場合、測定値が低値となる可能性があるとのことでしたが、委託先の精度管理上においては、測定値に低値傾向は認められていないとの報告を受けております。
- 今後報告する結果について
試薬メーカーでは、標準品との検定を厳密に行い、標準血清の再評価を行ったことから、委託先においては、新しい表示値を用いた検査内容に変更する旨の連絡がありました。

誠に突然の事であり先生方にはご不便をお掛け致しますが、弊社事情をご賢察のうえ、ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

敬具


記

変更項目

- セルロプラスミン(CP) :項目コード 1175
(新しい表示値を用いた検査内容に変更させていただきます)

変更期日

平成29年7月31日(月)受託分より変更



保健科学研究所	〒240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町106	TEL.045-333-1661
保健科学東日本	〒365-8585 埼玉県鴻巣市天神3-673	TEL.048-543-4000
保健科学西日本	〒612-8486 京都府京都市伏見区羽束師古川町328	TEL.075-933-6060
保健科学東京	〒160-0001 東京都新宿区片町3-3	TEL.03-3357-3611
保健科学新潟	〒950-0054 新潟県新潟市東区秋葉1-6-31	TEL.025-275-0161

▼現試薬と新試薬の比較

[1175:セルロプラスミン(CP)]

