

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

このたび、別掲の検査項目におきましては、定期的な見直しに伴い検査試薬を変更させて頂きたくご案内いたします。

誠に勝手ではございますが、弊社事情をご賢察のうえご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

変更項目および変更内容

項目コード	検査項目	変更内容	変更理由	総合検査案内掲載頁
7374	結核菌 DNA [PCR] (TB-PCR)	検査試薬の変更のみであり、基準値・報告範囲等含めその他の変更はございません。	検査試薬変更のため	58
7375	MAC DNA [PCR] (マイコバクテリウム・アビウム及びイントラセラー核酸検出)			

変更期日

2021年 4月 1日(木) 受託分より変更

▼ 新試薬と旧試薬の比較

7374		現試薬		
結核菌 DNA [PCR]		陽性	陰性	計
新試薬	陽性	13	3	16
	陰性	1	85	86
	計	14	88	102

全体一致率 (%) 96.1

7375		現試薬		
MAC DNA [PCR]		陽性	陰性	計
新試薬	陽性	21	2	23
	陰性	5	87	92
	計	26	89	115

混合感染は重複して集計

全体一致率 (%) 93.9



保健科学研究所
保健科学東日本
保健科学西日本
保健科学東京
保健科学新潟

〒240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町106
〒365-8585 埼玉県鴻巣市天神3-673
〒612-8486 京都府京都市伏見区羽束師古川町328
〒160-0001 東京都新宿区片町3-3
〒950-0054 新潟県新潟市東区秋葉1-6-31

TEL. 045-333-1661
TEL. 048-543-4000
TEL. 075-933-6060
TEL. 03-3357-3611
TEL. 025-275-0161