

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、別掲の検査項目におきましては、定期的な見直しに伴い検査内容の一部を変更させて頂きたくご案内いたします。

誠に勝手ではございますが、弊社事情をご賢察のうえご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

変更項目および変更内容

※詳細につきましては、次ページ以降の内容をご参照願います。

変更期日

2022年7月25日（月）受託分より変更



保健科学グループ

保健科学研究所	〒240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町106	TEL. 045-333-1661
保健科学東日本	〒365-8585 埼玉県鴻巣市天神3-673	TEL. 048-543-4000
保健科学西日本	〒612-8486 京都府京都市伏見区羽束師古川町328	TEL. 075-933-6060

変更項目および変更内容

項目コード	検査項目	変更内容	新	現	備考	総合検査案内掲載頁						
7388	クラミジア・ トラコマチスDNA [PCR]	尿 (初尿)	検査 場所 保健科学 第3ラボラトリー (*イ)	保健科学 第2ラボラトリー (*ア)	※	59						
7728		うがい液										
7380		子宮頸部 擦過細胞										
7389	淋菌DNA [PCR]	尿 (初尿)				検査 場所 保健科学 第3ラボラトリー (*イ)	保健科学 第2ラボラトリー (*ア)	※	60			
7729		うがい液										
7387		子宮頸部 擦過細胞										
7507	淋菌/クラミジア・ トラコマチス 同時測定DNA [PCR]	尿 (初尿)							検査 場所 保健科学 第3ラボラトリー (*イ)	保健科学 第2ラボラトリー (*ア)	※	60
7732		うがい液										
7504		子宮頸部 擦過細胞										

※検査試薬の変更のみであり、基準値・報告範囲等含めその他の変更はございません。

▼新試薬と旧試薬の比較

・クラミジア・トラコマチスDNA [PCR]

7388 尿 (初尿)		現試薬		
		陽性	陰性	計
新試薬	陽性	12	0	12
	陰性	0	24	24
	計	12	24	36

一致率：100%

7728 うがい液		現試薬		
		陽性	陰性	計
新試薬	陽性	4	0	4
	陰性	0	14	14
	計	4	14	18

一致率：100%

7380 子宮頸部 擦過細胞		現試薬		
		陽性	陰性	計
新試薬	陽性	14	0	14
	陰性	0	32	32
	計	14	32	46

一致率：100%

・淋菌DNA [PCR]

7389 尿 (初尿)		現試薬		
		陽性	陰性	計
新試薬	陽性	5	0	5
	陰性	0	31	31
	計	5	31	36

一致率：100%

7729 うがい液		現試薬		
		陽性	陰性	計
新試薬	陽性	4	0	4
	陰性	0	14	14
	計	4	14	18

一致率：100%

7387 子宮頸部 擦過細胞		現試薬		
		陽性	陰性	計
新試薬	陽性	2	0	2
	陰性	0	44	44
	計	2	44	46

一致率：100%