糞便ヘモグロビン（潜血LA）検査専用容器（容器記号ロ）
バーコードラベルの正しい貼り方

手順1

・検体容器のキャップ部分を上向きにする
・元々貼ってあるバーコードを表に向ける

元々貼ってあるバーコードラベル



ラベル未貼付


手順2

・保健科学のラベルの患者名がキャップの反対側にくるように配置
・ラベルのバーコード側を青色点線部分に合わせてまっすぐ貼る

青点線部分からバーコード側を貼り始める

患者名が赤枠部分にくることを確認
できるだけキャップと反対側（赤点線部分）に近づけて貼る
検体容器はみ出しNG

ラベル未貼付　ラベル貼付後



手順3

・患者名部分をそのまま容器に沿って巻きつける

■ 最終確認
・患者名とバーコードが明確に読めること
・元々貼ってあるバーコード面に保健科学のバーコードがきていること
・容器からラベルがはみ出ていないこと



ラベル貼付後

※保健科学のバーコードラベルは検体容器に付属の袋には貼らないでください。